

NBT#PG014

品番. PG-014

### 試験成績書

製品名: 抗AFPヒツジ血清

Lot No. \_\_\_\_\_

試験項目	試験結果
①特異抗体量	1.0 mg/ml (Becker 法)
②蛋白濃度	mg/ml (屈折法)
③容 量	10.0 ml
④免疫動物	ウサギ・ヤギ・ヒツジ・ニワトリ
⑤純度検定 a: 免疫電気泳動法 b: オクタロニー法 (多検体及び希釈試験)	AFP以外の沈降線は観察されない 不純抗体は認められない
⑥フィブリン	外観検査では観察されない
⑦貯 法	2~8℃
⑧性 状	0.09% NaN <sub>3</sub> を含む

東京都国分寺市東戸倉1-15-3

株式会社日本バイオテスト研究所

T e l (042) 321-0921

F a x (042) 323-7025

**コスモ・バイオ株式会社**

NBT#PG014

品番. PG-014

試験成績書

製品名 : 抗ヒトAFPヒツジIgG 分画      Lot No. \_\_\_\_\_

試験項目	試験結果
①特異抗体量	0.5 mg/ml (Becker 法)
②蛋白濃度	mg/ml (吸光度法)
③容 量	5.0 ml
④免疫動物	ウサギ・ヤギ・ヒツジ・ニワトリ
⑤純度検定 a : 免疫電気泳動法 b : オクタロニー法 (多検体及び希釈試験)	AFP以外の沈降線は観察されない 不純抗体は認められない
⑥貯 法	2 ~ 8 °C
⑦性 状	0.15M NaCl, 0.09%NaN <sub>3</sub> を含む 10mMリン酸緩衝液 (pH7.2) に溶解
⑧備 考	

東京都国分寺市東戸倉1-15-3  
株式会社日本バイオテスト研究所  
T e l (042) 321-0921  
F a x (042) 323-7025

**コスモ・バイオ株式会社**