

NBT#PG011

品番. PS-011

試験成績書

製品名 : 抗AFPヤギ血清

Lot No. _____

試験項目	試験結果
①特異抗体量	1.0 mg/ml (Becker 法)
②蛋白濃度	mg/ml (屈折法)
③容 量	10.0 ml
④免疫動物	ウサギ・ヤギ・セツジ・ニワトリ
⑤純度検定 a : 免疫電気泳動法 b : オクタロニー法 (多検体及び希釈試験)	AFP以外の沈降線は観察されない 不純抗体は認められない
⑥フィブリン	外観検査では観察されない
⑦貯 法	2~8℃
⑧性 状	0.09% NaN ₃ を含む

東京都国分寺市東戸倉1-15-3
株式会社日本バイオテスト研究所
T e l (042) 321-0921
F a x (042) 323-7025

コスモ・バイオ株式会社