

品番. PS-062

試験成績書

製品名：抗ヒトA I bウサギ血清 Lot No.

試験項目	試験結果
①特異抗体量	4.0 mg/ml (Becker 法)
②蛋白濃度	mg/ml (吸光度法)
③容 量	10.0 ml
④免疫動物	ウサギ・ヤギ・ヒツジ・ニワトリ
⑤純度検定 a : 免疫電気泳動法	A I b 以外の沈降線は観察されない
⑤フィブリン	外観検査では観察されない
⑥貯 法	2 ~ 8 °C
⑦性 状	防腐剤として 0.09% NaN3 を添加

東京都国分寺市東戸倉 1-15-3
株式会社日本バイオテスト研究所
T e l (042) 321-0921
F a x (042) 323-7025

コスモ・バイオ株式会社